

## Durchflussbezeichnungen gemäß der Richtlinie 2004/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über Messgeräte (MID)

Die Bezeichnungen sowie die Werte der gängigen Durchflüsse bzw. Zählergrößen ändern sich unter Anwendung der MID-Richtlinie gegenüber den bisherigen Bezeichnungen und Werten. Nachfolgende Tabellen geben eine Übersicht über die geänderten Bezeichnungen und ermöglichen einen prinzipiellen Vergleich der Durchflüsse (Zählergrößen).

Bisherige Bezeichnung			Neue Bezeichnung (MID)		
Q <sub>min</sub>	=	kleinster Durchfluss	Q1	=	Minstdurchfluss
Q <sub>t</sub>	=	Übergangsdurchfluss	Q2	=	Übergangsdurchfluss
Q <sub>n</sub>	=	Nenndurchfluss	Q3	=	Dauerdurchfluss
Q <sub>max</sub>	=	größter Durchfluss	Q4	=	Überlastdurchfluss

Durchflüsse nach Q <sub>n</sub>	Durchflüsse nach Q <sub>3</sub>
in m <sup>3</sup> /h	in m <sup>3</sup> /h
2,5	4,0
3,5	6,3
6	10
10	16
15	25
25	40
40	63
60	100
100	160
150	250
250	400
400	630
600	1000